



Prefeitura Municipal de Taubaté

Estado de São Paulo

ESCLARECIMENTOS

PREGÃO PRESENCIAL Nº 250/19

Registro de Preços para eventual aquisição de materiais médico-hospitalares, por um período de 12 (doze) meses, improrrogáveis.

Referente ao questionamento de licitantes, temos a esclarecer:

Pergunta 1 – Referente aos itens 48, 49, 105 e 106, onde menciona “Ponta de Tungstênio”, gostaríamos de oferecer uma sonda que apresenta Ponta em Ogiva Flexível de Poliuretano, proporcionando assim maior conforto para o paciente no momento da passagem, além de outras características como: tubo de poliuretano altamente flexível, mandril de aço em espiral, conexão enlock em Y, e fita adesiva hipoalergênica para fixação do tubo à pele. Sendo assim, esses itens seriam aceitos com Ponta em Ogiva Flexível de Poliuretano?

Resposta 1 – *Informamos que as empresas participantes deste certame, deverão respeitar o descritivo elaborado, atendendo assim as necessidades da unidade requisitante. Salientamos que durante o processo de cotação e busca de produtos junto ao mercado, observamos diversos modelos de sondas que possuem características compatíveis com as solicitadas em edital, garantindo assim, uma maior abrangência, sem tendenciar ou favorecer alguma empresa.*

Pergunta 2 – Podemos cotar o Campo Operatório 45x50cm s/fio Radiopaco pacote com 50 unidades, uma vez que nossa empresa não trabalha com pacotes de 10 unidades?

Resposta 2 – *Informamos para os devidos fins, que os itens 07 e 37 serão reavaliados e rerepresentados numa oportunidade futura. Desta maneira, os referidos itens serão suprimidos na sessão e não serão adquiridos.*

Pergunta 3 – Os itens 18 e 75 estão com divergência no descritivo. Eles pedem Coletor de Urina Sistema Aberto Adulto com Volume de 2000 ml, porém, ou ele é coletor de urina sistema aberto de 1200 ml ou ele é coletor de urina sistema fechado de 2000 ml, são produtos diferentes. Qual item a prefeitura gostaria q fosse cotado?

Resposta 3 – *Informamos que as empresas participantes deste certame, deverão respeitar o descritivo elaborado, atendendo assim as necessidades da unidade requisitante. Salientamos que durante o processo de cotação e busca de produtos junto ao mercado, observamos diversos modelos de sondas que possuem características compatíveis com as solicitadas em edital, garantindo assim, uma maior abrangência, sem tendenciar ou favorecer alguma empresa.*

Comunicamos ainda que permanecem inalterados data e horário do presente certame.

JOSÉ BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL